1050002

証

渋川医療センター　殿

令和7年度（第59回）日本医師会臨床検査精度管理調査に参加したことを証します

2026年2月16日

公益社団法人　日本医師会
会長　松本吉郎

0628

令和７年度　第５９回　臨床検査精度管理調査　評価評点一覧表

1050002　2

施設名	渋川医療センター

No.	項目名	参加○ 不参加●	サンプル1 試料No.	サンプル1 測定値・結果(比の値)	サンプル1 SDI	サンプル1 評価	サンプル1 評点	サンプル2 試料No.	サンプル2 測定値・結果(比の値)	サンプル2 SDI	サンプル2 評価	サンプル2 評点	サンプル3 試料No.	サンプル3 測定値・結果(比の値)	サンプル3 SDI	サンプル3 評価	サンプル3 評点
1	総蛋白	○	1	7.4	-0.526	A	5	2	4.8	0.083	A	5					
2	アルブミン	○	1	4.2	-0.615	A	5	2	2.2	-0.500	A	5					
3	総ビリルビン	○	3	1.00	0.0	A	5	4	2.8	-0.083	A	5	5	5.2	-0.688	A	5
4	直接ビリルビン	○	3	0.1	0.080	A	5	4	1.2	0.0	A	5	5	2.6	-0.500	A	5
5	ブドウ糖	○	3	90	-0.167	A	5	4	154	-0.194	A	5	5	252	-0.216	A	5
6	総カルシウム	○	3	7.5	-0.368	A	5	4	9.9	-0.360	A	5	5	13.5	-0.265	A	5
7	無機リン	○	3	3.0	-0.182	A	5	4	5.0	-0.615	A	5	5	8.1	-0.571	A	5
8	マグネシウム	○	3	1.9	0.273	A	5	4	3.8	0.0	A	5	5	6.7	-0.400	A	5
9	尿素窒素	○	3	10.0	-0.050	A	5	4	28.1	-0.176	A	5	5	55.9	-0.071	A	5
10	尿　酸	○	3	3.6	0.0	A	5	4	6.6	0.0	A	5	5	11.1	-0.357	A	5
11	クレアチニン	○	3	0.79	-0.196	A	5	4	2.10	-0.028	A	5	5	4.06	-0.074	A	5
12	血清鉄	○	3	56	-0.143	A	5	4	134	-0.176	A	5	5	252	-0.206	A	5
13	ＡＳＴ	○	3	25	0.333	A	5	4	59	0.133	A	5	5	113	0.464	A	5
14	ＡＬＴ	○	3	23	-0.250	A	5	4	59	-0.400	A	5	5	116	0.172	A	5
15	ＬＤ	○	3	148	-0.556	A	5	4	298	-0.626	A	5	5	527	-0.344	A	5
16	ＡＬＰ	○	3	51	0.450	A	5	4	124	0.378	A	5	5	251	0.173	A	5
17	γ－ＧＴ	○	3	31	0.0	A	5	4	100	-0.280	A	5	5	207	0.115	A	5
18	ＣＫ	○	3	84	0.160	A	5	4	185	-0.232	A	5	5	336	-0.563	A	5
19	アミラーゼ	○	3	62	0.158	A	5	4	164	-0.280	A	5	5	319	-0.402	A	5
20	コリンエステラーゼ	○	3	140.0	0.238	A	5	4	254.0	-0.325	A	5	5	429.0	-0.454	A	5
21	総コレステロール	○	6	230	-0.224	A	5	7	125	-0.226	A	5	8	179	0.111	A	5
22	中性脂肪	○	6	173	0.023	A	5	7	68	0.235	A	5	8	98	0.458	A	5
23	ＨＤＬコレステロール	○	6	48	-0.400	A	5	7	35	0.0	A	5	8	49	0.333	A	5
24	ＬＤＬコレステロール	○	6	140	0.095	A	5	7	74	0.0	A	5	8	106	0.355	A	5
25	ＨｂＡ1Ｃ	○	9	5.7	1.143	B	4	10	10.4	0.800	A	5					
26	インスリン	●	11					12					13				
27	ＴＳＨ	○	11	2.7	0.692	A	5	12	7.5	0.351	A	5	13	15.3	0.507	A	5
28	ＦＴ４	○	11	1.43	-0.099	A	5	12	1.69	0.469	A	5	13	1.97	0.122	A	5
29	ＣＥＡ	○	11	5.7	-0.295	A	5	12	17.8	0.056	A	5	13	35.8	0.017	A	5
30	ＡＦＰ	○	11	4	0.0	A	5	12	34	0.059	A	5	13	79	0.051	A	5
31	ＣＡ１９-９	○	11	14	0.500	A	5	12	44	0.250	A	5	13	109	0.641	A	5
32	ＣＡ１２５	●	11					12					13				
33	ＰＳＡ	○	11	2.2	-0.167	A	5	12	11.5	-0.069	A	5	13	24.1	-0.124	A	5
34	フェリチン	○	11	33.0	0.473	A	5	12	163.0	0.052	A	5	13	363.0	0.010	A	5
35	ＨＢｓ抗原	○	14	2		A	5	15	1		A	5					
36	ＨＣＶ抗体	○	14	2		A	5	15	1		A	5					
37	ＴＰ抗体	○	14	2		A	5	15	1		A	5					
38	ＣＲＰ	○	16	0.30	-0.340	A	5	17	1.97	-0.576	A	5					
39	リウマトイド因子	●	16					17									
40	尿ブドウ糖	○	18	4		A	5	19	1		A	5					
41	尿蛋白	○	18	3		A	5	19	1		A	5					
42	尿潜血	○	18	4		A	5	19	4		A	5					
43	ヘモグロビン（Ｈｇｂ）	○	20	16.2	-0.250	A	5	21	5.8	-0.417	A	5					
44	赤血球数（ＲＢＣ）	○	20	526	0.076	A	5	21	242	0.500	A	5					
45	白血球数（ＷＢＣ）	○	20	31	0.0	A	5	21	79	0.100	A	5					
46	血小板数（ＰＬＴ）	○	20	12.4	0.204	A	5	21	30.0	0.508	A	5					
47	ヘマトクリット（Ｈｃｔ）	○	20	46.9	0.323	A	5	21	17.6	0.771	A	5					
48	プロトロンビン時間（ＰＴ）	○	INR	2.60	-0.257	A	10										
49	活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）	○	22	28.0	0.829	A	5	23	45.0	0.675	A	5					
50	フィブリノゲン	○	22	223	-0.750	A	5	23	261	-0.664	A	5					

評価項目修正点分布



黒塗りのところが貴施設です

合計	評価項目数	評価項目点数	評価項目満点数	評価項目修正点	参加項目数	参加項目満点数	参加項目修正点	全項目満点数	総合評点	Dの数	評価せずの数	「その他」の数
	47	614	615	99.8	47	615	99.8	655	93.7	0	0	0

(注) 1. 評価における“－”は、回答した測定法が「その他」または施設数が10未満などのため評価評点されていないことを意味します。
2. 評価における★は、測定法・試薬・基質の製造販売元等誤登録のため評価評点されていないことを意味します。★★は2回連続、★★★は3回以上連続の誤登録を意味します。

日本医師会